

# 非連續累計自動衡器及重力式自動裝料衡器檢定執行作業要點第四點修正對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>四、檢定機關執行檢定作業時，申請人應配合以下事項：</p> <p>(一) 領有度量衡專責機關核發之衡器製造業或修理業許可執照者，始得於現場修理或調整。<u>自中華民國一百十六年一月一日起，實際執行現場修理或調整之人員，應取得度量衡專責機關核發專長範圍涵蓋衡器之計量技術人員證書。</u></p> <p>(二) 使用自有法碼者，提供經檢定機關評估符合規定之有效期限內結果通知書正本或影本。</p> <p>(三) 非連續累計自動衡器若使用實重物品代替法碼逐次導引時，須備妥足量物品。</p> <p>(四) 重力式自動裝料衡器檢定時應備妥足量法碼。</p> <p>(五) 應有足夠空間或其他替代方案置放檢定用器。</p>	<p>四、檢定機關執行檢定作業時，申請人應配合以下事項：</p> <p>(一) 領有度量衡專責機關核發之衡器製造業或修理業許可執照者，始得於現場修理或調整。</p> <p>(二) 使用自有法碼者，提供經檢定機關評估符合規定之有效期限內結果通知書正本或影本。</p> <p>(三) 非連續累計自動衡器若使用實重物品代替法碼逐次導引時，須備妥足量物品。</p> <p>(四) 重力式自動裝料衡器檢定時應備妥足量法碼。</p> <p>(五) 應有足夠空間或其他替代方案置放檢定用器。</p>	<p>第一款增列實際於檢定現場執行修理或調整之人員，應具備計量技術人員資格之規定，藉以確保非連續累計自動衡器及重力式自動裝料衡器之修理調整品質與計量準確性，並明定自中華民國一百十六年一月一日起實施，提供業者與相關人員充分準備之緩衝期，以利業界配合。</p>